



## DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD GUANTE PROTEHO NITRILE STONE LARGO

**El fabricante establecido en la U.E.:**

**Ramos Servicios Técnicos y Suministros, S.L.,  
C/ Campos Ibáñez, 26  
28021 – Madrid**

Declara que el Equipo de Protección Individual (EPI) descrito a continuación:  
**Guante de nitrilo violeta ProteHo® NITRILE STONE LARGO**

Es conforme a:

Los requisitos de la Directiva Europea (EU) 2016/425 y de las Normas:  
EN ISO 374-1:2016+A1:2018/TypeB, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2013

Según los Test Report:

PRC0261192/SMcD/A, SPC0232397/1507/SMcD, SPC023239/1507, PRC0261192/1733/SMcD/B,  
SPC0232397/1507/SMcD, SPC0265716/1804/4 Issue 3,  
CHM0282150/1910/LC, CHM0297401/2017/LC, CHM0312098/2116/JH/B

Para los siguientes productos: Hidróxido de sodio(K) 40%, Nivel 6 >480 min., n-Heptano(J), Nivel 5 > 240 min.,  
Formaldehído(T) 37%, Nivel 4 >120 min.

Emitidos por el Organismo Notificado N.º 2777

SATRA Technology Europe Limited

Bracetown Business Park

Clonee, D15YN2P, Republic of Ireland

Y por lo tanto clasificado como EPI CE CAT III

Este guante es conforme con las normas EN455 Part 1:2000,  
EN455 Part. 2:2015 y EN455 Part.4:2015, según los Test Report:  
242127335-04a – 242103376-01 – HCI20170201-1

Fabricado siguiendo un sistema de aseguramiento de calidad según  
ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016

Otorgados por el Organismo Notificado:

TÜV Sud America Inc. 401 Edgewater Place Suite 500 Wakerfield Ma 01880 USA

Con los N.º : QS5 028349 0012 Rev.01 y QS2 028349 0011 Rev.01

Hecho en Madrid el 12/12/2023



**Daniel Ramos Pérez  
Responsable de Calidad**